

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра



Д.Л. Пиневиц

2016г.

Регистрационный № 116-1216

**Метод выбора трансплантата для хирургического лечения  
ретракционного кармана барабанной перепонки**

инструкция по применению

Учреждения - разработчики:

государственное учреждение «Республиканский научно практический  
центр оториноларингологии»,

государственное учреждение образования «Белорусская медицинская  
академия последипломного образования»,

государственное учреждение образования «Белорусский государственный  
университет»

Авторы:

Майсюк М.М., д.м.н., профессор Петрова Л.Г., к.м.н. Еременко Ю.Е.,  
д.ф.м.н., профессор Михасев Г.И., к.ф.м.н., доцент Босяков С.М., к.ф.м.н.,  
доцент Юркевич К.С.

Минск, 2016

В настоящей инструкции по применению (далее - инструкция) изложен метод, который может быть использован в комплексе медицинских услуг, направленных на лечение ретракционного кармана барабанной перепонки. Внедрение метода, изложенного в инструкции, в работу организаций здравоохранения позволит оптимизировать результаты хирургического лечения ретракционного кармана, на ранних этапах его формирования: улучшить слуха - функциональные показатели, снизить риск развития рецидива заболевания, предупредить формирование ректракционной холестеатомы.

**Область применения:** оториноларингология.

Инструкция предназначена для врачей-оториноларингологов стационарного звена системы организации здравоохранения.

**Показания к применению:**

Пациенты с ретракционным карманом задневерхнего квадранта барабанной перепонки.

**Противопоказания к применению:**

Противопоказаний нет.

**Перечень необходимых исследований:**

1. Сбор жалоб и анамнестических данных.
2. Отоскопия, отомикроскопия, функциональное состояние слуховой трубы.
3. Аудиограмма, тимпанограмма.
4. Лучевые методы диагностики (рентгенограмма височных костей по Шюллеру, Маейру; компьютерная томография височных костей).

**Перечень необходимого оборудования:**

1. Аудиометр для исследования слуховой функции.

2. Импедансометр для определения функции слуховой трубы.
3. Микроскоп для отомикроскопии.
4. Рентгеновский аппарат/компьютерный томограф.

**Описание метода с указанием этапов:**

**1 этап: отбор пациентов для хирургического лечения.**

Описание этапа:

Проводит врач-оториноларинголог.

1. Сбор жалоб и анамнеза заболевания.

Жалобы пациента: снижение слуха или периодическая заложенность уха.

В анамнезе заболевания пациента отмечаются: а) перенесенные заболевания: рецидивирующие острые средние отиты, экссудативные средние отиты, б) перенесенные ранее оперативные лечения уха: парацентез (миринготомия), шунтирование барабанных полостей.

2. Выполняется отомикроскопия.

Результат отомикроскопии подтверждает наличие сформированного ретракционного кармана задневерхнего квадранта барабанной перепонки.

3. Выполняется тимпанограмма.

Результат тимпанограммы: тип С, тип А, тип А<sub>д</sub> на момент осмотра пациента.

4. Проверяется проходимость слуховой (евстахиевой) трубы.

На момент осмотра пациента слуховая (евстахиева) труба проходима при самопродувании и (или) по Политцеру.

5. Выполняется компьютерная томография или рентгенограмма височных костей в проекции Шюллера и Майера.

Результат: отсутствие наличия патологического компонента в барабанной полости и ячейках сосцевидного отростка на момент исследования.

6. Выполняется аудиограмма.

## 2 этап: определение упругих свойств ретракционного кармана.

Описание этапа:

Данные аудиограммы пациента, прошедшего отбор на хирургическое лечение, сопоставляются с моделями аудиограмм, полученными на основании гармонического анализа колебательной системы среднего уха при различных значениях звукового давления с использованием метода конечных элементов (Приложение). Под моделью аудиограммы подразумевается визуализация порога проведения звука частотой 1 кГц, 2 кГц, 3 кГц, 4 кГц и 5 кГц через среднее ухо при звуковом давлении 10 дБ, 20 дБ, 30 дБ, 40 дБ, 50 дБ и 60 дБ в случае патологического изменения упругих свойств задневерхнего квадранта, соответствующего модулям упругости из диапазона от 22 МПа до 34 кПа.

На основании сравнительного анализа моделей аудиограмм и аудиограмм, полученных в ходе обследования пациента, врачоториноларинголог определяет модуль упругости ретракционного кармана задневерхнего квадранта. Патологические изменения эластичности задневерхнего квадранта барабанной перепонки описываются модулями упругости, соответствующими определенным нарушениям воздушной проводимости, отраженными на моделях аудиограмм (таблица 1).

Таблица 1 - Определение модуля упругости ретракционного кармана

| Модель аудиограммы | Модуль упругости РК |
|--------------------|---------------------|
| №1                 | 22 МПа              |
| №2                 | 11 МПа              |
| №3                 | 9 МПа               |
| №4                 | 3 МПа               |
| №5                 | 0,1 МПа             |
| №6                 | 0,034 МПа           |

### 3 этап: определение толщины хрящевого трансплантата.

Описание этапа:

Конечно - элементное компьютерное моделирование показало, что модуль упругости ретракционного кармана влияет на толщину трансплантата, используемого для хирургического лечения ретракционного кармана на ранних этапах его формирования. Для сохранения слуха - функциональных показателей и снижения риска развития рецидива заболевания необходимо применение хрящевого трансплантата определенной толщины. Таким образом, каждому модулю упругости ретракционного кармана соответствует определенная толщина хрящевого трансплантата (таблица 2). Врач-оториноларинголог определяет толщину хрящевого трансплантата по соответствующей таблице.

Таблица 2 - Определение толщины хрящевого трансплантата по модулю упругости ретракционного кармана

| Модуль упругости РК | Диапазон выбора толщины хрящевого трансплантата |
|---------------------|---|
| 22 МПа              | 40 – 650 мкм                                    |
| 11 МПа              | 360 - 450 мкм                                   |
| 9 МПа               | 400 – 650 мкм                                   |
| 3 МПа               | 450 - 580 мкм                                   |
| 0,1 МПа             | 1800 – 2200 мкм                                 |
| 0,034 МПа           | 2000 – 2200 мкм                                 |

### 4 этап: оценка полученных результатов.

Описание этапа:

При оценке полученных результатов врач-оториноларинголог определяет возможный диапазон компенсации частот потери слуха с учетом толщины хрящевого трансплантата по соответствующей таблице (таблица 3).

Таблица 3 – Определение частот компенсации потери слуха

| Модуль упругости РК | Диапазон выбора толщины хрящевого трансплантата | Диапазон компенсации частот потери слуха | Компенсация частот из слухового диапазона |
|---------------------|---|--|---|
| 22 МПа              | 40 – 650 мкм                                    | от 2.0 кГц до 5 кГц                      | возможна*                                 |
| 11 МПа              | 360 - 450 мкм                                   | от 2.3 кГц до 5 кГц                      | возможна                                  |
| 9 МПа               | 400 – 650 мкм                                   | все собственные частоты                  | возможна                                  |
| 3 МПа               | 450 - 580 мкм                                   | все собственные частоты                  | оптимальна                                |
| 0,1 МПа             | 1800 – 2200 мкм                                 | от 2.5 кГц до 4 кГц                      | возможна*                                 |
| 0,034 МПа           | 2000 – 2200 мкм                                 | от 2.5 кГц до 3.5 кГц                    | возможна*                                 |


Примечание: \* - нужно учитывать, что чем шире диапазон выбора толщины хрящевого трансплантата, тем технически сложнее одновременно добиться компенсации частот в разных диапазонах (и высоких и низких частотах).

#### Возможные ошибки, осложнения и пути их устранения:


Возможны технические неточности и канцелярские ошибки при сопоставлении данных результатов исследования и невнимательной оценке результатов медработником.

## Приложение - Модели аудиограмм

Модель аудиограммы для уха в норме (сплошная линия)




Модель аудиограммы № 1



Аудиограмма для уха с задневерхним квадрантом, у которого модуль упругости составляет 22 МПа.


Модель аудиограммы № 2



Аудиограмма для уха с задневерхним квадрантом, у которого модуль упругости составляет 11 МПа.


Продолжение приложения

Модель аудиограммы № 3



Аудиограмма для уха с задневерхним квадрантом, у которого модуль упругости составляет 9 МПа.


Модель аудиограммы № 4



Аудиограмма для уха с задневерхним квадрантом, у которого модуль упругости составляет 3 МПа.


Продолжение приложения

Модель аудиогаммы № 5



Аудиограмма для уха с задневерхним квадрантом, у которого модуль упругости составляет 0.1 МПа.

Модель аудиогаммы № 6



Аудиограмма для уха с задневерхним квадрантом, у которого модуль упругости составляет 0.034 МПа.